



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL “Dr. Waldemar Tebaldi”

ANEXO 01 – DESCRITIVO TÉCNICO

Americana, 12 de janeiro de 2018.

Descrição mínima detalhada do objetivo:

- Equipamento de raio-x médico móvel, para exames radiográficos de diagnóstico esqueleto-pulmonar para diagnóstico de pacientes acamados e impossibilitados de serem transportados. O equipamento deve ser composto por sistema balanceado de contrapeso a fim de evitar acidentes.
- Aparelho de alta resolução de imagem.
- Com gerador de alta frequência de no mínimo de 15KHZ, tensão de 40 Kv máxima de 125KV e corrente mínima de 125 MA e no máximo de 300MA.
- Variação de, MAS de 0,5 até 200, MAS ou maior em 30 passos ou mais;
- Cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5m.
- Cabo do disparo com alcance mínimo de 5m.
- Painel de controle com ajuste.
- Bivolt automático para tensões de rede 110/220v 50/60hz.
- Indicação luminosa e sonora de disparo.
- Disparo com botão de duplo estágio (preparo e disparo).
- Registro no ministério da saúde/vigilância sanitária.
- Atestado de capacidade técnica para locação do equipamento.

Atenciosamente;

Fabiana Alexssandra Chaves.

Diagnóstico por Imagem- Hospital Municipal.

(19) 3471-6750 (Ramal: 277)

radiologia@fusame.com.br