

À
Fundação de Saúde do Município de Americana – FUSAME
Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO nº 16/2019 - PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2019

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

A empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares LTDA., inscrita no CNPJ nº 71.957.310/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rodrigo Araujo Fornaziero, RG nº 23.496.446-7 e CPF nº 255.163.308-74, vem por meio desta, tempestivamente, solicitar esclarecimento relativo ao **PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2019**, para os itens 7, 12 e 13.

Informamos que o edital contém em seu descritivo técnico, alguns itens que dificultam a identificação do melhor produto a ser oferecido em proposta, o que em tese impede nossa participação.

Entretanto, saliento que possuímos produtos que podem atender plenamente o descritivo dos itens 7, 12 e 13, se esclarecidas as dúvidas abaixo mencionadas.

Desta forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Para o item 7: TUBO SISTEMA FECHADO PARA COLETA VHS - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM VIDRO OU PLASTICO PET TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, ESTERELIZADO A COBALTO, TUBOS ETIQUETADOS CONTENDO NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. A EMPRESA GANHADORA DEVERA ENTREGAR SUPORTE PARA LEITURA DE NO MINIMO DE 24 TUBOS OU PIPETA DE ASPIRAÇÃO PARA ANÁLISE. VALIDADE MININA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.



greiner bio-one

Para o item 13: AGULHA TB COLETA SISTEMA FECHADO 30 X 7 PARA COLETA - AGULHA TB COLETA SISTEMA FECHADO 30 X 7 OU 32 X 7 PARA COLETA MULTIPLA À VÁCUO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, SENDO QUE PARA CADA 100 UNIDADES DE AGULHAS ADQUIRIDAS A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 01 ADAPTADOR AUTOMÁTICO PARA DISPENSAÇÃO DA AGULHA SEM CUSTO ADICIONAL. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Pretendemos oferecer proposta para este item com o seguinte produto: AGULHA-25X0,7MM COR PRETA - Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,7mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 22G - ADAPTADOR DE SEGURANCA QUICKSHIELD Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso.

Será aceita nossa proposta com este item se caso vencedores do certame?

Salientamos ainda, o fato de que, da maneira como está o descritivo editalício, não está atendendo a NR 32, até porque não segundo a Norma não se pode utilizar agulha com trava de segurança com adaptador automático por dois motivos:

- conforme a norma pagina 4 parágrafo 32.2.4.15: " São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas."

- a página 30 parágrafo 1.4 "O dispositivo de segurança é um item integrado a um conjunto do qual faça parte o elemento perfurocortante ou uma tecnologia capaz de reduzir o risco de acidente, seja qual for o mecanismo de ativação do mesmo.



greiner bio-one

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTERIO DO TRABALHO.

Pretendemos oferecer proposta para este item com o seguinte produto:

TUBO-VSG 2.0ML 13X75MM (METODO MANUAL) Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril a E-BEAM(RAIO GAMA), descartável, incolor, com citrato de sódio à 3,2%, volume 2.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor preta, para VHS manual.

Será aceita nossa proposta com este item se caso vencedores do certame?

Para o item 12: AGULHA TB COLETA SIST. FECHADO 32 X 8 P/ COLETA - AGULHA TB COLETA SISTEMA FECHADO 30 X 8 OU 32 X 8 PARA COLETA MULTIPLA À VÁCUO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, SENDO QUE PARA CADA 100 UNIDADES DE AGULHAS ADQUIRIDAS A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 01 ADAPTADOR AUTOMÁTICO PARA DISPENSAÇÃO DA AGULHA SEM CUSTO ADICIONAL. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTERIO DO TRABALHO.

Pretendemos oferecer proposta para este item com o seguinte produto: AGULHA-25X0,8MM COR VERDE - Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21G, COM ADAPTADOR DE SEGURANCA QUICKSHIELD - Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso.

Será aceita nossa proposta com este item se caso vencedores do certame?



greiner bio-one

Desta forma, apresentamos os questionamentos acima, e aguardamos o posicionamento deste órgão a respeito do mesmo, para podermos identificar os itens que podemos atender com maior fidelidade ao descritivo editalício.

Americana, 23 de maio de 2019.

Rodrigo Araujo Fornaziero
Coordenador de Licitações
RG nº 23.496.446-7
CPF nº 255.163.308-74

GREINER BIO-ONE BRASIL
Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1.967 - Vila Bertini
Americana/SP - CEP: 13.473-620
CNPJ: 71.957.310/0001-47
Inscr. Est.: 165.321.832.114



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Americana, 23 de maio de 2019.

Ao Licitação

Assunto: Solicitação de Esclarecimento da empresa Greiner bio-one

Conforme solicitação de esclarecimento da empresa citada, segue resposta:

- Item 07: informo que o tubo solicitado no edital deve ser estéril. A maneira de esterilização, da empresa, pode ocorrer de várias formas e isso não desclassifica o produto ofertado por essa, desde que o mesmo seja estéril para uma coleta sanguínea em sistema fechado.

- Item 12: informo que o produto oferecido por essa empresa não será aceito devido o mesmo ter sua trava de segurança presente no adaptador, e não na agulha. Com isso, ocorre um aumento do volume de perfuro cortante nas coletas e fará com que a Fundação aumente seus gastos com esses coletores perfuro cortantes, e também com a empresa que retira o lixo hospitalar. Quanto a NR 32, na página 4 parágrafo 32.2.4.15 apenas explicita que as agulhas não devem ser reencapadas e retiradas do adaptador manualmente, porém o produto HOJE utilizado esse descarte se faz automaticamente através do uso do adaptador automático, sem a necessidade do contato manual do profissional responsável pela coleta.

- Item 13: informo que o produto oferecido por essa empresa não será aceito devido o mesmo ter sua trava de segurança presente no adaptador, e não na agulha. Com isso, ocorre um aumento do volume de perfuro cortante nas coletas e fará com que a Fundação aumente seus gastos com esses coletores perfuro cortantes, e também com a empresa que retira o lixo hospitalar. Quanto a NR 32, na página 4 parágrafo 32.2.4.15 apenas explicita que as agulhas não devem ser reencapadas e retiradas do adaptador manualmente, porém o produto HOJE utilizado esse descarte se faz automaticamente através do uso do adaptador automático, sem a necessidade do contato manual do profissional responsável pela coleta.

Sem mais.


Marcelo Dias Ferreira Neves
Coord. Laboratório Análises Clínicas
CRBM: Nº. 7005