

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23488		Data: 25/02/2019		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA
1	12.000	UN	5262	TUBO SISTEMA FECHADO PEDIATRICO EDTA 2ML
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLASTICO PET TRANSPARENTE INCOLOR ESTÉRIL PARA USO PEDIÁTRICO, CONTENDO EDTA K2 OU K3, CONTEÚDO DO LIQUÍDO DO TUBO DE 3,5 MG A 4,5 MG DE EDTA K3, OU JATEADO NA PAREDE DO TUBO. COR ROXO OU LILÁS ,TUBO ETIQUETADO CONTENDO NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. VALIDADE MINÍMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
2	150.000	UN	4163	TUBO SISTEMA FECHADO SILIC.5ML C/ GEL SEP.
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTERIL, COM ATIVADOR DE COÁGULO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, VOLUME DE 5 ML PODENDO VARIAR EM (+ OU - 0,5 ML) CONTENDO GEL SEPARADOR, MEDINDO 13 X 100 MM. TUBOS ETIQUETADOS CONTENDO NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
3	18.000	UN	844	TUBO SISTEMA FECHADO CITRATO SODIO DE 2,0ML AZUL
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM PET, ESTERIL, EM TAMPA PLASTICA PROTETORA DE COR AZUL, MEDINDO 13x75 mm, ASPIRAÇÃO DE 2,0ML PODENDO VARIAR +/- 0,1ML), CONTENDO CITRATO DE SODIO TAMPONADO EQUIVALENTE A 3,0 A 4,0%. TUBOS ETIQUETADOS CONTENDO NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
4	5.000	UN	8912	TUBO PARA MICROCOLETA COM EDTA - 0,5ML
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO PARA MICROCOLETA DE SANGUE EM POLIPROPILENO COM EDTA K3 USADO EM HEMATOLOGIA, TAMPA COR ROXA OU LILAS, VOLUME DE 0,5ML. TUBO ESTERIL E ETIQUETADO CONTENDO NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
5	5.000	UN	8913	TUBO PARA MICROCOLETA COM GEL - 1ML
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO PARA MICROCOLETA DE SANGUE EM POLIPROPILENO COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, TAMPA VERMELHA OU AMARELA, VOLUME DE 0,6 A 1ML. TUBO ESTERIL E ETIQUETADO, CONTENDO NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
6	120.000	UN	846	TUBO SISTEMA FECHADO EDTA 4,0 ML TAMPA ROXA
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, PLASTICO PET, TAMPA PLASTICA PROTETORA DE COR ROXO, MEDINDO 13 X 75 MM, ASPIRACAO DE 4ML (PODENDO VARIAR +/- 0,1ML) CONTENDO LIQUIDO POR TUBO 7,2 MG EDTA K3, TUBOS ETIQUETADOS CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
7	5.000	UN	4228	TUBO SISTEMA FECHADO PARA COLETA VHS
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM VIDRO OU PLASTICO PET TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, ESTERELIZADO A COBALTO, TUBOS ETIQUETADOS CONTENDO NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23488		Data: 25/02/2019		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA

ASPIRAÇÃO.

A EMPRESA GANHADORA DEVERA ENTREGAR SUPORTE PARA LEITURA DE NO MINIMO DE 24 TUBOS OU PIPETA DE ASPIRAÇÃO PARA ANÁLISE. VALIDADE MININA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.

8	58.000	UN	847	TUBO SISTEMA FECHADO FLUORETO 2,0ML TAMPA CINZA
---	--------	----	-----	---

Ficha Técnica:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM PLASTICO PET TRANSPARENTE INCOLOR, ESTERIL, COM TAMPA PLASTICA PROTETORA DE COR CINZA, MEDINDO 13 X 75MM, ASPIRACAO DE 2ML (PODENDO VARIAR +- 0,1ML), CONTENDO ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SODIO DE 8,0 À 16 MG, TUBO ESTERILIZADO A COBALTO. TUBOS ETIQUETADOS CONTENDO NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRACAO COM MARCA DE ASPIRAÇÃO MÁXIMA.

VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.

9	2.000	UN	4180	TUBO SIST. FECHADO COLETA LÍQ. BIOLÓGICOS 3ML BRANCO
---	-------	----	------	--

Ficha Técnica:

TUBO EM PLÁSTICO PET, COM TAMPA ROSQUEÁVEL OU PRESSÃO. TOTALMENTE INERTE. SEM ADITIVO. VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 3ML, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 0,1ML. USADO PARA DETERMINAÇÃO DE LÍQUOR, LÍQUIDO PLEURAL, LÍQUIDO CORPORAL, LÍQUIDOSISTEMA FECHADO COLETA LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 3ML BRANCO AMNIÓTICO, EXSUDATO, TRANSUDATO E SINOVIOL.

VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.

10	1.000	UNI	7313	TUBO SIST. FECHADO HEPARINA SÓDICA 4,0 ML TAMPA VERDE
----	-------	-----	------	---

Ficha Técnica:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, PLASTICO PET, TAMPA PLASTICA PROTETORA DE COR VERDE, MEDINDO 13 X 75 MM, ASPIRACAO DE 4ML (PODENDO VARIAR +- 0,1ML) CONTENDO ANTICOAGULANTE HEPARINA DE SÓDIO, TUBOS ETIQUETADOS CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.

11	1.500	UN	25039	TUBO PARA MICROCOLETA COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% 1ml
----	-------	----	-------	---

Ficha Técnica:

TUBO PARA MICROCOLETA CONTENDO ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO 3,2%, SENDO O VOLUME DO FRASCO 1,0 ml PODENDO TER VARIAÇÃO DO VOLUME DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.

12	80.000	UN	626	AGULHA TB COLETA SIST. FECHADO 32 X 8 P/ COLETA
----	--------	----	-----	---

Ficha Técnica:

AGULHA TB COLETA SISTEMA FECHADO 30 X 8 OU 32 X 8 PARA COLETA MULTIPLA À VÁCUO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, SENDO QUE PARA CADA 100 UNIDADES DE AGULHAS ADQUIRIDAS A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 01 ADAPTADOR AUTOMÁTICO PARA DISPENSAÇÃO DA AGULHA SEM CUSTO ADICIONAL.

VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.

13	12.000	UN	7342	AGULHA TB COLETA SISTEMA FECHADO 30 X 7 PARA COLETA
----	--------	----	------	---

Ficha Técnica:

AGULHA TB COLETA SISTEMA FECHADO 30 X 7 OU 32 X 7 PARA COLETA MULTIPLA À VÁCUO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, SENDO QUE PARA CADA 100 UNIDADES DE AGULHAS ADQUIRIDAS A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 01 ADAPTADOR AUTOMÁTICO PARA DISPENSAÇÃO DA AGULHA SEM CUSTO ADICIONAL.

VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

ATENDER NORMAS DA NR 32 MINISTÉRIO DO TRABALHO.