

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24337		Data: 04/05/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA
1	2.250	TIR	8634	TIRA P/ EXAME TROPONINA QUANTITATIVA

Ficha Técnica:

TIRA P/ EXAME TROPONINA QUANTITATIVA

1-) Teste de Troponina quantitativa

Teste de Troponina quantitativa automatizado para marcador cardíaco, sendo que a empresa vencedora deverá fornecer sem ônus o analisador para realização dos exames. O descritivo do aparelho segue abaixo. O teste deverá apresentar registro na Anvisa.

2) Descritivo do aparelho:

2.1 Equipamento automatizado para dosagem de troponina cardíaca que permita a realização simultânea de no mínimo cinco testes.

Caso o aparelho ofertado não atenda o requisito de realizar cinco testes simultâneos a empresa poderá participar do certame fornecendo uma quantidade de aparelhos que atendam os números de testes simultâneos deste edital. Deverá acompanhar o equipamento(s) um Nobreak que garanta o funcionamento do(s) aparelhos(s) em caso de falta de energia. O Aparelho deverá apresentar registro na Anvisa, estar em linha de produção e ter no máximo 5 anos de fabricação, o que deverá ser comprovado através de nota fiscal/registro de importação ou outro documento que comprove a data de fabricação.

2.2 As metodologias aceitas serão quimioluminescência, fluorescência (ELFA), Reflectância ou imunofluorescência.

2.3 O aparelho deverá possuir calibração automática ou manual. A empresa deverá fornecer os calibradores (para aparelhos sem calibração automática) e controles sem ônus. O número de controles e calibradores deverá ser fornecido da seguinte forma: a cada 50 testes comprados deverá ser entregue quantidade suficiente para validação da calibração e dos controles ou conforme solicitação do laboratório.

2.4 Os ensaios não deverão requerer procedimentos manuais para o preparo dos reagentes em qualquer fase do processo. Os únicos reagentes que poderão ser preparados serão calibradores e controles.

2.5 O aparelho deverá ser acompanhado de impressora para arquivamento do dado bruto. Sendo que o fornecimento de papel/bobina deverá ocorrer sem ônus.

2.6 Caso a metodologia do aparelho necessite que o sangue seja coletado em tubo Heparinizado a empresa deverá fornecer, sem ônus, tubos em quantidade igual ao número de testes comprados.

2.7 O aparelho deverá possuir sistema de gerenciamento de dados.

2.8 A empresa vencedora deverá interfacear sem ônus o aparelho com o programa Pleres da Digital Méd utilizado no laboratório. A proposta do programa de interfaceamento deverá estar anexada junto a proposta financeira entregue no dia da licitação.

2.9 Para que seja possível o gerenciamento do interface deverá ser fornecido sem ônus um computador completo com requisitos mínimos para o interfaceamento.

3.0 Manutenção e Assistência Técnica.

3.1 A empresa contratada obriga-se a fornecer declaração de que a manutenção corretiva do equipamento será oferecida durante 24 horas/dia, todos os dias do ano, já informando o canal que possibilite contato 24 horas/dia.

3.2 A assistência técnica terá prazo máximo de 2 (duas) para comparecer ao laboratório, após abertura de chamado técnico.

3.3 A empresa contratada terá um prazo máximo de 4 horas para solucionar o problema ou defeito constatado.

3.4 Caso o problema não seja resolvido em 4 horas a empresa deverá substituir o equipamento por outro igual, no prazo máximo de 24 horas sem nenhum ônus para a instituição. Ainda a empresa arcará com as despesas dos exames de troponina realizados no período em que o aparelho esteve inutilizável, exames estes que serão realizados em outro laboratório do município de Americana - SP indicado pelo gestor do laboratório.