



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL “Dr. Waldemar Tebaldi”

Americana, 24 de março de 2020.

ANEXO 01

Nome do Item: Troponina

1) Teste de Troponina quantitativa

Teste de Troponina **quantitativa** automatizado para marcador cardíaco, sendo que a empresa vencedora deverá fornecer sem ônus o analisador para realização dos exames. O descritivo do aparelho segue abaixo. O teste deverá apresentar registro na Anvisa.

2) Descritivo do aparelho:

2.1 Equipamento automatizado para dosagem de troponina cardíaca que permita a realização simultânea de no mínimo cinco testes. Caso o aparelho ofertado não atenda o requisito de realizar cinco testes simultâneos, a empresa poderá participar do certame fornecendo uma quantidade de aparelhos que atendam aos números de testes simultâneos deste edital. Deverá acompanhar o equipamento(s) um Nobreak que garanta o funcionamento do(s) aparelhos(s) em caso de falta de energia. O Aparelho deverá apresentar registro na Anvisa, estar em linha de produção e ter no máximo 5 anos de fabricação, o que deverá ser comprovado no prazo estabelecido no item 6.27 do Edital, através de nota fiscal/registro de importação ou outro documento que comprove a data de fabricação.

2.2 As metodologias aceitas serão quimioluminescência, fluorescência (ELFA), Reflectância ou imunofluorescência.

2.3 O aparelho deverá possuir calibração automática ou manual. A empresa deverá fornecer os calibradores (para aparelhos sem calibração automática) e controles sem ônus. O número de controles e calibradores deverá ser fornecido da seguinte forma: a cada 50 testes comprados deverá ser entregue quantidade suficiente para validação da calibração e dos controles ou conforme solicitação do laboratório.

2.4 Os ensaios não deverão requerer procedimentos manuais para o preparo dos reagentes em qualquer fase do processo. Os únicos reagentes que poderão ser preparados serão calibradores e controles.



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL “Dr. Waldemar Tebaldi”

2.5 O aparelho deverá ser acompanhado de impressora para arquivamento do dado bruto. Sendo que o fornecimento de papel/bobina deverá ocorrer sem ônus.

2.6 Caso a metodologia do aparelho necessite que o sangue seja coletado em tubo Heparinizado a empresa deverá fornecer, sem ônus, tubos em quantidade igual ao número de testes comprados.

2.7 O aparelho deverá possuir sistema de gerenciamento de dados.

2.8 A empresa vencedora deverá interfacear sem ônus o aparelho com o programa Pleres da Digital Méd utilizado no laboratório. A proposta do programa de interfaceamento deverá estar anexada junto a proposta financeira entregue no dia da licitação.

2.9 Para que seja possível o gerenciamento do interface deverá ser fornecido sem ônus um computador completo com requisitos mínimos para o interfaceamento.

3.0 Manutenção e Assistência Técnica.

3.1 A empresa contratada obriga-se a fornecer declaração de que a manutenção corretiva do equipamento será oferecida durante 24 horas/dia, todos os dias do ano, já informando o canal que possibilite contato 24 horas/dia.

3.2 A assistência técnica terá prazo máximo de 2 (duas) para comparecer ao laboratório, após abertura de chamado técnico.

3.3 A empresa contratada terá um prazo máximo de 4 horas para solucionar o problema ou defeito constatado.

3.4 Caso o problema não seja resolvido em 4 horas a empresa deverá substituir o equipamento por outro igual, no prazo máximo de 24 horas sem nenhum ônus para a instituição. Ainda a empresa arcará com as despesas dos exames de troponina realizados no período em que o aparelho esteve inutilizável, exames estes que serão realizados em outro laboratório do município de Americana – SP indicado pelo gestor do laboratório.

Dr. Marcelo Dias F. Neves
CRBM 7005



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL “Dr. Waldemar Tebaldi”
Coordenador do laboratório

Avenida da Saúde, 415 – Jardim Nossa Senhora de Fátima – Americana-SP - (19) 3471.6750