



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL “Dr. Waldemar Tebaldi”

ANEXO 01 - DESCRITIVO TÉCNICO

- **Fornecimento de pack de reagentes/soluções de gasometria para realização de 20.000 testes de gasometria ao ano, sendo equipamento e soluções do mesmo fabricante.**

Descritivo dos dois Equipamentos Locados (principal e backup)

- **Locação de Equipamento** novo de primeiro uso para o equipamento principal e usado com no máximo três anos de uso para o equipamento backup;
- **Equipamentos** de fácil operação, tela touch screen, software em português, impressora interna, acompanhado de no-break com autonomia mínima de 30 minutos, sendo o equipamento e reagentes (packs) da mesma marca do fabricante.
- Realiza medição dos parâmetros **ph, po2, pco2, sódio, potássio, cálcio iônico, lactato e hematócrito e/ou hemoglobina.**
- Equipamento livre manutenção, calibração e lavagem são automáticos, detecção automática de falhas e correção das mesmas;
- Equipamento com uso de no máximo 3 cartuchos contendo todas as soluções de controle, lavagens e calibrações;
- Análise de todos os parâmetros com volume de amostra inferior a 200uL e também permitir o uso com capilar;
- Capacidade de armazenar resultados de pacientes, possibilidade de backup pelo usuário;
- Equipamento com leitor de código de barras;
- A empresa vencedora deverá fornecer (sem custo) a seringa com heparina de lítio e cata coágulo, de acordo com a quantidade solicitada de testes de gasometria na proporção de um pra um.
- A empresa deverá interfacear os equipamentos com o programa Pleres da Digitalmed usado no laboratório de análises clínicas sem custo a Fundação.



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL “Dr. Waldemar Tebaldi”

- A empresa contratada obriga-se a fornecer declaração de que a manutenção corretiva do equipamento será oferecida durante 24 horas/dia, todos os dias do ano, já informando o canal que possibilite contato 24 horas/dia.

A assistência técnica terá prazo máximo de 2 (duas) horas para comparecer ao laboratório, após abertura de chamado técnico.

- A empresa contratada terá um prazo máximo de 4 horas para solucionar o problema ou defeito constatado.
- Caso o problema não seja resolvido em 4 horas a empresa deverá substituir o equipamento por outro igual, no prazo máximo de 24 horas sem nenhum ônus para a instituição. Ainda a empresa arcará com as despesas dos exames de gasometria realizados no período em que o aparelho esteve inutilizável, exames estes que serão realizados em outro laboratório do município de Americana – SP indicado pelo gestor do laboratório.
- Apresentar registro do aparelho e packs na Anvisa.