

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação:	22903		Data:	18/06/2018
			Por:	U.T.I. INFANTIL

1	5.000	UN	2790	EXTENSOR BOMBA SERINGA TRANSLÚCIDO 1,20MX3F
---	-------	----	------	---

Ficha Técnica:

EXTENSOR DE UMA VIA, CONECTOR FÊMEA COM PROTETOR, COM OU SEM PINÇA REGULADORA DE FLUXO, TUBO FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO, CONECTOR TERMINAL LUER LOCK OU LUER SLIP, COM MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 3F PARA USO NEONATOLOGIA.
REGISTRO NA ANVISA.

A EMPRESA FORNECEDORA DOS EXTENSORES DEVERÁ:

- Deixar em comodato sem qualquer custo adicional ao Hospital no mínimo 10 bombas de Seringa, e no máximo se necessário 20 Bombas de Seringa na UTI Neonatal do Hospital;
- A empresa deverá prestar assistência técnica nas Bombas de Seringa sem ônus para o Hospital, inclusive quando a necessidade de troca de peças;
- Substituição da Bomba de Seringa Quebrada sem custo adicional;
- Relatório quanto a defeito apresentado e quais foram às medidas tomadas;
- As Bombas de Seringa deverão permanecer nesta instituição durante a vigência do contrato e até que todo o estoque de extensores seja consumido;
- Fornecer treinamento técnico para manuseio / uso da Bomba a toda a equipe quando necessário;

DESCRIPTIVO TÉCNICO BOMBA DE SERINGA PARA NEONATOLOGIA

Bomba de Seringa com as seguintes especificações técnicas mínimas:

- Taxa de infusão mínima programável: 0,1 a 450 ml/h;
- Volume de infusão programável: 0,1 a 999,9ml;
- Possuir cálculo automático da velocidade de infusão por volume e tempo;
- Permitir alteração da taxa de infusão sem interrupção da infusão;
- Taxa de Bolus programável: 10 a 450ml/h;
- Volume de Bolus programável: 10 a 99,9ml;
- KVO (Keep Vein Open) programável;
- Deve permitir infundir bolus manual e automaticamente;
- Utilize seringas de várias marcas e nos seguintes tamanhos: 10, 20, 30, 50 e 60ml;
- Alarmes áudio-visual: bateria baixa, bateria muito baixa, oclusão, KVO, fim de infusão, seringa vazia e erro interno;
- Pressão de oclusão selecionável;
- Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 horas;
- Display com taxa de infusão em ml/h;
- Dimensões aproximadas de 13,5cm (altura) X 30,5cm (comprimento) X 19,5cm (largura);
- Peso Máximo: 3kg
- Deve acompanhar: manual de uso em português e cabo de alimentação;
- Deve possuir: Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Conformidade INMETRO.

2	2.000	UN	8521	EXTENSOR BOMBA SERINGA ÂMBAR 1,20MX3F
---	-------	----	------	---------------------------------------

Ficha Técnica:

EXTENSOR DE UMA VIA, CONECTOR FÊMEA COM PROTETOR, COM OU SEM PINÇA REGULADORA DE FLUXO, TUBO FLEXÍVEL ÂMBAR (FOTOSENSÍVEL), CONECTOR TERMINAL LUER LOCK OU LUER SLIP, COM MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 3F PARA USO NEONATOLOGIA.
REGISTRO NA ANVISA.

A EMPRESA FORNECEDORA DOS EXTENSORES DEVERÁ:

- Deixar em comodato sem qualquer custo adicional ao Hospital no mínimo 10 bombas de Seringa, e no máximo se necessário 20 Bombas de Seringa na UTI Neonatal do Hospital;
- A empresa deverá prestar assistência técnica nas Bombas de Seringa sem ônus para o Hospital, inclusive quando a necessidade de troca de peças;
- Substituição da Bomba de Seringa Quebrada sem custo adicional;
- Relatório quanto a defeito apresentado e quais foram às medidas tomadas;
- As Bombas de Seringa deverão permanecer nesta instituição durante a vigência do contrato e até que todo o estoque de extensores seja consumido;
- Fornecer treinamento técnico para manuseio / uso da Bomba a toda a equipe quando necessário;

DESCRIPTIVO TÉCNICO BOMBA DE SERINGA PARA NEONATOLOGIA

Bomba de Seringa com as seguintes especificações técnicas mínimas:

- Taxa de infusão mínima programável: 0,1 a 450 ml/h;
- Volume de infusão programável: 0,1 a 999,9ml;
- Possuir cálculo automático da velocidade de infusão por volume e tempo;
- Permitir alteração da taxa de infusão sem interrupção da infusão;

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 22903		Data: 18/06/2018		Por: U.T.I. INFANTIL

- Taxa de Bolus programável: 10 a 450ml/h;
- Volume de Bolus programável: 10 a 99,9ml;
- KVO (Keep Vein Open) programável;
- Deve permitir infundir bolus manual e automaticamente;
- Utilize seringas de várias marcas e nos seguintes tamanhos: 10, 20, 30, 50 e 60ml;
- Alarmes áudio-visual: bateria baixa, bateria muito baixa, oclusão, KVO, fim de infusão, seringa vazia e erro interno;
- Pressão de oclusão selecionável;
- Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 horas;
- Display com taxa de infusão em ml/h;
- Dimensões aproximadas de 13,5cm (altura) X 30,5cm (comprimento) X 19,5cm (largura);
- Peso Máximo: 3kg
- Deve acompanhar: manual de uso em português e cabo de alimentação;
- Deve possuir: Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Conformidade INMETRO.