

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25212		Data: 25/06/2021		Por: FARMACIA ALMOXARIFADO

1	600.000	UN	6118	TIRAS REAGENTES P/ DETER. GLICOSE NO SANGUE
---	---------	----	------	---

Ficha Técnica:

- TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA E CETONEMIA NO SANGUE, QUE ATENDA AS NECESSIDADES DE TODOS OS PACIENTES DO AMBIENTE HOSPITALAR E QUE NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA DE OXIGÊNIO E DE MEDICAMENTOS (COM COMPROVAÇÃO EM BULA). AS TIRAS DEVEM CONTER UMA ENZIMA GLICOSE ESPECÍFICA BASEADA NA ENZIMA DESIDROGENASE (GDH-NAD OU GDH FAD) EXCETO GDH PQQ OU GDH MULTI, DEVIDO ALERTA 992 E 1596 DA ANVISA. AS TIRAS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ISO 15197/2013 EM RELAÇÃO A VARIAÇÃO MÁXIMA DE 15MG/DL OU 15% NOS RESULTADOS EM COMPARAÇÃO AO EXAME LABORATORIAL PADRÃO.

- TIRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESPECIAL, CONTENDO INFORMAÇÕES GRAVADAS EM CADA TIRA: NÚMERO DO LOTE, VALIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO, PARA FRACIONAMENTO ATRAVÉS DA DOSE UNITÁRIA.

- EMBALAGEM: FRASCO COM 50 TIRAS OU 100 TIRAS, O PREÇO DEVE SER OFERTADO POR TIRAS (UNIDADE);

- O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL EM REGIME DE COMODATO ATÉ 100 APARELHOS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA E CETONEMIA COM CAPACIDADE DE VERIFICAÇÃO EM AMOSTRAS DE SANGUE VENOSO, CAPILAR, ARTERIAL E NEONATAL (COM COMPROVAÇÃO EM BULA) COM REPOSIÇÃO DE APARELHOS DANIFICADOS OU A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS SE NECESSÁRIO SEM CUSTO ADICIONAL AO HOSPITAL.

- FORNECIMENTO MENSAL DE NO MÍNIMO 50 BATERIAS COMPATÍVEIS COM OS APARELHOS FORNECIDOS MEDIANTE O ENVIO DO PEDIDO MENSAL DAS TIRAS.

- OS APARELHOS SÓ PODEM SER RETIRADOS DO HOSPITAL APÓS O TÉRMINO DE TODAS AS TIRAS ADQUIRIDAS OU QUE ESTEJA EM ESTOQUE NO HOSPITAL.

- A EMPRESA DEVERÁ FORNECER KITS DE SOLUÇÃO CONTROLE EM NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DAS TIRAS CONFORME RDC 302/2005.

- CABO USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE FORNEÇA INFORMAÇÃO RELATIVO A LEITURA DOS APARELHOS DE GLICEMIA PARA FINS DE CONTROLE DE QUALIDADE CONFORME RDC 302/2005 COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS NO COMPUTADOR DA FARMÁCIA, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2	200.000	UN	8557	LANCETA DESC. RETRÁTIL P/ GLICEMIA CAPILAR - ADULTO
---	---------	----	------	---

Ficha Técnica:

LANCETA DESCARTÁVEL ESTÉRIL RETRÁTIL ADULTO PARA PUNÇÃO DIGITAL EM EXAME DE GLICEMIA CAPILAR.

AGULHA RETRÁTIL COM PROFUNDIDADE DE 1,5mm À 2,0mm FABRICADA EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO.

EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, SEM RISCO DE ACIDENTE BIOLÓGICO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA.

DEVE ATENDER NORMAS DA NR32 MINISTÉRIO DO TRABALHO

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

3	60.000	UN	25187	LANCETA DESC.RETRATIL P/ GLICEMIA CAPILAR INFANTIL
---	--------	----	-------	--

Ficha Técnica:

LANCETA DESCARTÁVEL ESTÉRIL RETRÁTIL INFANTIL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM EXAME DE GLICEMIA CAPILAR.

AGULHA RETRÁTIL COM PROFUNDIDADE DE 1,5mm À 1,8mm FABRICADA EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO.

EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, SEM RISCO DE ACIDENTE BIOLÓGICO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA.

DEVE ATENDER NORMAS DA NR32 MINISTÉRIO DO TRABALHO

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.