

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23727		Data: 04/06/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL
1	1	UNI	10245	BOMBA DE VÁCUO MOTOR MÍNIMO 4,8KW

Ficha Técnica:

BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO:

- MOTOR 4,8KW 3X220/380V 60HZ;
- RESFRIAMENTO A AR;
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- 100% SECO - ISENTO DE ÓLEO;
- VÁLVULA DE RETENÇÃO E TELA CÔNICA NA ENTRADA;
- MOTOR PADRÃO INDUSTRIAL COM FLANGE;

DADOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

- CAPACIDADE NOMINAL 60HZ - 170M³/H;
- VÁCUO FINAL - 60 MBAR;
- NÍVEL SONORO (DIN 45635) 79 DB (A);
- FILTRO DE ENTRADA 2" POLIESTER;

* GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES IN-LOCO, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COMPREENDENDO EXCLUSIVAMENTE A SUBSTITUIÇÃO GRATUITA DE PEÇAS DEFEITUOSAS BEM COMO A MÃO DE OBRA;

* A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER DADOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO;

* APRESENTAR COM SUA PROPOSTA COMERCIAL CATÁLOGO COMPLETO DO EQUIPAMENTO OFERTADO COM DESCRITIVO TÉCNICO E FOTOS.