

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24578		Data: 14/08/2020		Por: CENTRO CIRÚRGICO
1	20	UNI	26558	MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA DUPLA
<u>Ficha Técnica:</u> MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA DUPLA GERADOR DE MARCAPASSO BICAMERAL, COM RESPOSTA DE FREQUENCIA POR ACELEROMETRIA: 1- CARACTERISTICAS:- CONECTOR IS-1, COMPATIVEL COM 3.2MM;- COMPATIVEL COM ELETRODOS BIPOLARES E UNIPOLARES; 2- RECURSOS PROGRAMAVEIS: - MUDANÇA AUTOMÁTICA DE MODO ("MODE SWICHT"); GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR;- AJUSTE DA SENSIBILIDADE ATRIAL E VENTRICULAR;- FREQUENCIA;- LARGURA DE PULSO;- AMPLITUDE DE PULSO;- HISTERESE;- SENSIBILIDADE;- PERIODO REFRATARIO;3- TERAPIA DE DIAGNOSTICO:- FUNCOES DE DIAGNOSTICO;- HISTOGRAMA;- CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS). COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBSERVAÇÃO: CASO SEJA NECESSÁRIO, A EMPRESA DEVERÁ FORNECER, QUANDO SOLICITADO, CALIBRADOR DO MARCAPASSO, EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS				
2	5	UNI	26559	MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA ÚNICA
<u>Ficha Técnica:</u> MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA ÚNICA GERADOR DE MARCAPASSO CAMARA UNICA, COM RESPOSTA DE FREQUENCIA POR ACELEROMETRIA: 1- CARACTERISTICAS:- CONECTOR IS-1, COMPATIVEL COM 3.2MM;- COMPATIVEL COM ELETRODOS BIPOLARES E UNIPOLARES; 2- RECURSOS PROGRAMAVEIS: - MECANISMO DE CONFIRMACAO AUTOMATICA DO DEBITO; - AJUSTE AUTOMATICO DA SENSIBILIDADE VENTRICULAR;- FREQUENCIA;- LARGURA DE PULSO;- AMPLITUDE DE PULSO;- HISTERESE;- SENSIBILIDADE;- PERIODO REFRATARIO;- HOLTER DE 24H; GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR;- DETECCAO AUTOMÁTICA DE IMPLANTE; - FUNCOES DE DIAGNOSTICO;- HISTOGRAMA;- CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS);4- CARACTERISTICAS FISICAS;- TITANIO, POLIURETANO E SILICONE;- BATERIA DE LITIO. COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBSERVAÇÃO: CASO SEJA NECESSÁRIO, A EMPRESA DEVERÁ FORNECER, QUANDO SOLICITADO, CALIBRADOR DO MARCAPASSO, EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS				
3	30	UNI	26560	INTRODUTOR DE PUNCAO P/ IMPLANTACAO DE ELETRODO
<u>Ficha Técnica:</u> INTRODUTOR DE PUNCAO P/ IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO/EPICARDICO INTRODUTOR DESCARTAVEL, BIPARTIDO, ESTERIL, PERFIL SISTEMA IMPLANTAVEL, USO ÚNICO, CALIBRE DE 7 A 11 F:- PARA USO EM VEIA SUBCLAVIA OU JUGULAR;- KIT CONSISTINDO DE: DILATADOR VENOSO COM INTRODUTOR; FIO GUIA; AGULHA PARA PUNCAO; SERINGA DESCARTAVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
4	30	UNI	26561	ELETRODO ENDOCARDICO DEFINITIVO
<u>Ficha Técnica:</u> ELETRODO ENDOCARDICO DEFINITIVO ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, ENDOCARDICO, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRA TIL) , COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 7 F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS- 1/VS-1. COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
5	30	UNI	26562	ELETRODO EPICARDICO DEFINITIVO
<u>Ficha Técnica:</u> ELETRODO EPICARDICO DEFINITIVO ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, EPICARDICO, COM CORTICOIDE, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS- 1/VS-1. CURTO - COMPRIMENTO MINIMO DE 35 CM OU LONGO - COMPRIMENTO MINIMO 50 CM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE				