

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

## - Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24683			<b>Data:</b> 07/10/2020	<b>Por:</b> CENTRO CIRÚRGICO
1	12	SER	10194	LOCAÇÃO PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMÁTICO C/ BROCA

### Ficha Técnica:

#### PERFURADOR ÓSSEO CANULADO PNEUMÁTICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- Equipamento cirúrgico para ortopedia, tipo perfurador ósseo pneumático, canulado, autoclavável a vapor saturado, projetado especialmente para a indústria hospitalar.
- Com empunhadura anatômica para melhor desenvolvimento dos trabalhos, confeccionado em material leve e resistente, corpo do perfurador em alumínio anodizado que protege e resiste às diversas temperaturas de esterilização e rolamentos em aço inoxidável, assim como todo sistema de transmissão.
- Acionamento progressivo realizado por gatilho no próprio perfurador com velocidade de trabalho de 0 a 1.000 rpm.
- Deverá conter sistema de verso e reverso para o mandril.
- Operando totalmente com tecnologia pneumática, suas funções de controle são efetuadas por uma válvula reguladora de pressão com lubrificação automática, isento de óleo. Mandril em aço inoxidável com sistema de encaixe rápido, com abertura até 6,5mm para suportar brocas rápidas por diversos comprimentos e chave em "T". Mandril em aço inoxidável com sistema de engate rápido, com abertura até 9,6mm para fresagem acetabular e chave em "T".
- Acessório que acompanham o equipamento:
  - 01 válvula reguladora com 2 manômetros( um mede a quantidade do nitrogênio de cilindro, e um controla a saída de nitrogênio para o perfurador, isento de lubrificação a óleo);
  - 01 mangueira de silicone com no mínimo 3 metros;
  - 01 mandril com abertura até 6,5 mm (velocidade);
  - 01 mandril com abertura até 9,6 mm (torque);
  - 02 chaves do mandril; 01 Caixa para acondicionamento e esterilização do equipamento;
  - 01 óleo spray para o motor de alta rotação;
- Fornecimento sem custo adicional de 04 brocas helicoidais comuns nos tamanhos aproximados de 1,0 a 5,0 mm x150mm por mês se necessário (o tamanho será de acordo com a necessidade mensal a ser repassado para a empresa mensalmente).
- Deverá ser fornecido no ato da locação do equipamento, manual de instruções em português, treinamento especializado para montagem e uso do equipamento.
- Manutenção corretiva sem custo adicional de no máximo 48 horas para resolução do problema e máximo 72 horas para troca por outro equipamento caso não seja possível manutenção do aparelho.
- Manutenção preventiva sem custo adicional de acordo com norma do fabricante do equipamento.
- Registro do Equipamento na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.