

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

## - Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24752		Data: 17/11/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA

1	4.500	UNI	26310	TESTE DE DíMERO D QUANTITATIVO
---	-------	-----	-------	--------------------------------

### Ficha Técnica:

#### KIT DE TESTE DíMERO D QUANTITATIVO

Imunoensaio fluorescente (FIA) para determinação quantitativa de dímero-d em sangue total/plasma humano. Este teste é útil no auxílio ao manejo e monitoramento da avaliação terapêutica em pacientes com doenças tromboembólicas.

Características mínimas:

Dímero-D em ng/mL – FEU (Unidades equivalentes de fibrinogênio).

Cut off (valor de referência): 500 ng/mL

Faixa de medição do AFIAS D-Dimer é 50 – 10.000 ng/mL.

Compatível com Equipamento AFIAS modelo 6 - Fabricante: BIOSYS

A empresa deverá efetuar o interfaceamento do equipamento da Fundação e manter pelo mesmo período em que estiver fornecendo os kits.

O sistema utilizado na Fundação é o Pleres da Pixeon.

A empresa deverá fornecer o controle de qualidade para os analitos sem custo adicional.

REGISTRO NA ANVISA.

2	2.600	UNI	10738	TESTE DE TROPONINA QUANTITATIVA
---	-------	-----	-------	---------------------------------

### Ficha Técnica:

#### TESTE DE TROPONINA QUANTITATIVA

imunoensaio de fluorescência (FIA) para determinação quantitativa de Troponina I Cardíaca (Tn-I) em sangue total/soro/plasma humano.

É útil como auxílio ao diagnóstico e monitoramento do infarto agudo do miocárdio (IAM).

Características mínimas:

Sensibilidade analítica: Limite do Branco (LoB): 0,004 ng/mL

Limite de Detecção (LoD): 0,01 ng/mL

Limite de Quantificação (LoQ): 0,03 ng/mL

Compatível com Equipamento AFIAS modelo 6 - Fabricante: BIOSYS

A empresa deverá efetuar o interfaceamento do equipamento da Fundação e manter pelo mesmo período em que estiver fornecendo os kits.

O sistema utilizado na Fundação é o Pleres da Pixeon.

A empresa deverá fornecer o controle de qualidade para os analitos sem custo adicional.

REGISTRO NA ANVISA.